

自家消費農産物の放射性物質検査結果(平成30年10月分)

市では、市民の皆様からの申請に基づき、簡易型放射性物質検査機器による農作物等の放射性物質検査を実施しております。検査の結果は下表のとおりです。

(単位:ベクレル/kg)

No.	検査日	採取日	検査品目	栽培地名	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
1	平成30年10月2日	平成30年9月6日	松戸白宇宙かぼちゃ	矢切	検出せず ^{ss} (4.27 未満)	検出せず ^{ss} (3.94 未満)
2	平成30年10月17日	平成30年10月15日	大根	下矢切	検出せず ^{ss} (5.14 未満)	検出せず ^{ss} (4.39 未満)
3	平成30年10月23日	平成30年10月22日	かぶ	下矢切	検出せず ^{ss} (3.79 未満)	検出せず ^{ss} (3.36 未満)
4	平成30年10月30日	平成30年10月18日	米	五香	検出せず ^{ss} (3.69 未満)	検出せず ^{ss} (3.43 未満)
5	平成30年10月30日	平成30年10月18日	さつまいも	五香	検出せず ^{ss} (4.40 未満)	検出せず ^{ss} (3.81 未満)
6	平成30年10月30日	平成30年10月28日	みかん	新作	検出せず ^{ss} (3.18 未満)	検出せず ^{ss} (3.00 未満)

※「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、または測定下限値未満であることを示す。

※平成25年6月検査分から「栽培地区名」は「栽培地名」での表示になりました。

括弧内の数字は、測定下限値。

放射性セシウムの基準値(放射性セシウム134・137の合計)

【一般食品】 100ベクレル/kg

検査機器

NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーター(ドイツ国ベルトールドテクノロジー社製ガンマ線スペクトロメータLB2045)