

様式 4

水質自動計測器及び自動流量計等欠測報告書

平成〇×年 7月から〇×年 9月の欠測状況は次のとおりでしたので報告します。

機器名	全室素全りん MS-01	欠測期間	9月1△日10時～9月1△日11時
欠測の状況と原因	老朽化による電磁流量計の破損		
修復方法	電磁流量計の交換		
負荷量補足方法	水道メーター		

機器名		欠測期間	月 日 時～月 日 時
欠測の状況と原因			
修復方法			
負荷量補足方法			

機器名		欠測期間	月 日 時～月 日 時
欠測の状況と原因			
修復方法			
負荷量補足方法			

