

H28年度実施 行政監査の結果に対する措置状況
 ・防災備蓄倉庫及びAED(自動体外式除細動器)の管理状況について
 (令和2年2月21日現在)

※網掛けは今回の更新分

所管部	所管課	区分	設置場所	内容	措置状況	※網掛けは今回の更新分		
						改善済	改善中	検討中
総務部	危機管理課	指摘		籠の所在が一部把握されていなかった。 定期的に確認するなど、籠の所在を把握されたい。	平成29年度より、年度当初の人事異動の機会を捉え、籠の所在について 定例確認を行う仕組みづくりを行った。今年度についても全ての確認を完了 し、管理簿を作成した。	○		
総務部	危機管理課	指摘		備蓄品の使用期限・消費期限が一部過ぎていた。 備蓄品の棚卸しを行うなど、使用期限等の定期的な点検を実施し、期限が過ぎたものについては適 切な時期に更新されたい。	保管している備蓄管理リストにて使用期限の更新を行い適切な在庫管理を 行っている。 期限切れの備蓄品は、拠点倉庫に集め処分した。	○		
総務部	危機管理課	指摘		カセットコンロ及びガス発電機用のガスボンベが一部備蓄倉庫に保管されていた。 高温となる倉庫内に保管することは事故につながる恐れがあるため、適正な場所に保管管理され たい。	保管条件面を考慮し、学校の職員室等、教職員の目の届く場所に保管する ことを念頭に、順次学校と個別協議を行い移動した。	○		
総務部	危機管理課	指摘		避難所開設キットが一部未開封であった。 安全な避難所を迅速に開設・運営するために配備されているものであることから、速やかに使用でき るよう適正に管理されたい。	未開封の資機材については、全て開封し内容を点検した。	○		
総務部	危機管理課	要望・検討		備蓄倉庫に損傷部分があるものがあった。 倉庫は、災害対策活動を迅速かつ円滑に実施するために必要な資機材・生活必需品等を配置してい るものであることから、修繕等について検討するよう要望する。	損傷部分については修繕を実施した。	○		
総務部	危機管理課	要望・検討		備蓄倉庫内が雑然としており、砂埃が山積しているものがあった。 倉庫には、食料や衛生用品等も保管されていることから、品質管理面を考慮し、定期的に清掃を行う よう要望する。	要望のあった倉庫についてはすべて清掃が完了した。 今後も適宜清掃を行っていく。	○		
総務部	危機管理課	要望・検討		災害時当初から必要となる懐中電灯がすぐ使える状態でなかった。 災害発生時に停電した場合、暗い状態でも迅速に対応できるように、直ぐに点灯する懐中電灯等を 倉庫入口付近に設置することを要望する。	既に設置されている分散備蓄倉庫には、人感式ライトを設置した。その他 の倉庫についても、乾電池式のLED懐中電灯を倉庫の内部の入口の近傍 に設置した。	○		
総務部	危機管理課	要望・検討		備蓄品リストと一致しないものがあった。 出入庫の際の数量確認や定期的な備蓄品の棚卸しを実施するなど、適切な管理を行うよう要望す る。	各倉庫確認の際、数量の照合も行い在庫管理を徹底している。 在庫品について賞味期限などを経過したものは処分を行った。	○		
総務部	危機管理課	要望・検討		市ホームページに公開している「松戸市防災倉庫一覧」が最新のものではなかった。 災害の発生に備え、平時より備蓄状況等について周知を図ることは重要である。 最新の情報を提供するよう要望する。	ホームページを更新した。今後も逐次更新していく。	○		
総務部	危機管理課	要望・検討		コンテナ型分散備蓄倉庫の壁面表示が見えなくなっているものがあった。 修繕等について検討するよう要望する。	職員による修繕作業を実施した。	○		
財務部	財産活用課	要望・検討	本庁舎新館1階	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要 である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	本庁舎正面玄関及び地下玄関にAED設置の表示を行った。	○		
市民部	市民自治課	要望・検討	総台市民センター	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施 するとともに点検記録を付けるよう要望する。	平成29年4月より、指定管理者の業務日誌にAED日常点検項目を追加し、 毎日点検を行うように改善した。	○		
市民部	市民安全課	要望・検討	ユーカリ交通公園	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施 するとともに点検記録を付けるよう要望する。	平成28年12月より、日常点検及び点検記録を実施した。	○		
市民部	市民安全課	要望・検討	常盤平安安心 ステーション	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施 するとともに点検記録を付けるよう要望する。	平成28年12月より、日常点検及び点検記録を実施した。	○		

所管部	所管課	区分	設置場所	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
市民部	市民安全課	要望・検討	ユーカリ交通公園	職員等に対する操作方法の習得が行われていなかった。 AEDは音声や画面表示により、誰でも使用できる機器ではあるが、非常時には施設管理者等に迅速での確な対応が求められることが想定される。 定期的に操作研修を受講するなど、適切な知識・操作方法を習得するよう要望する。	平成29年6月に、AED使用方法ハンドブックによる操作方法の確認を行った。	○		
市民部	市民安全課	要望・検討	常盤平安全安心ステーション	職員等に対する操作方法の習得が行われていなかった。 AEDは音声や画面表示により、誰でも使用できる機器ではあるが、非常時には施設管理者等に迅速での確な対応が求められることが想定される。 定期的に操作研修を受講するなど、適切な知識・操作方法を習得するよう要望する。	平成29年5月に、五香消防署にてAED講習を受講した。	○		
市民部	市民安全課	要望・検討	ユーカリ交通公園	AED設置施設であることを市ホームページで情報提供していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要であることから、適切な情報提供を行うよう要望する。	市ホームページにAED設置施設であることを掲載した。	○		
市民部	市民安全課	要望・検討	常盤平安全安心ステーション	AED設置施設であることを市ホームページで情報提供していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要であることから、適切な情報提供を行うよう要望する。	市ホームページにAED設置施設であることを掲載した。	○		
市民部	常盤平支所	要望・検討	常盤平支所	職員等に対する操作方法の習得が行われていなかった。 AEDは音声や画面表示により、誰でも使用できる機器ではあるが、非常時には施設管理者等に迅速での確な対応が求められることが想定される。 定期的に操作研修を受講するなど、適切な知識・操作方法を習得するよう要望する。	平成29年4月時点において、支所職員17名のうち8名がAED講習を受講している。今後も受講の機会を増やすよう努めていく。	○		
市民部	常盤平支所	要望・検討	常盤平支所	AED設置施設であることを市ホームページで情報提供していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要であることから、適切な情報提供を行うよう要望する。	AED設置施設として、市のホームページで情報提供を行うよう改善した。	○		
市民部	常盤平支所	要望・検討	常盤平市民センター	セルフテストの結果を示すインジケータが緑色(使用可能)となっていたが、点検簿に「無点灯」と記載していた。 施設管理者は日常点検の必要性を認識するとともに、正しい点検方法について周知するよう要望する。	インジケータの確認方法について、施設職員に指導した。また、点検結果についても、報告を受けている。	○		
市民部	常盤平支所	要望・検討	八柱市民センター	セルフテストの結果を示すインジケータが緑色(使用可能)となっていたが、点検簿に「無点灯」と記載していた。 施設管理者は日常点検の必要性を認識するとともに、正しい点検方法について周知するよう要望する。	インジケータの確認方法について、施設職員に指導した。また、点検結果についても、報告を受けている。	○		
市民部	小金支所	要望・検討	小金支所	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	平成29年2月から日常点検を実施し点検記録をつけるよう改善した。	○		
市民部	小金支所	要望・検討	小金北市民センター	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	平成28年11月から業務日誌に点検記録をつけるように改善した。	○		
市民部	小金支所	要望・検討	小金市民センター	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	平成28年11月から業務日誌に点検結果を記録するように改善した。	○		
市民部	小金支所	要望・検討	小金市民センター	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	平成29年3月に施設入口外側に表示を行い、外部からわかるようにした。	○		
市民部	小金原支所	要望・検討	小金原支所	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	平成29年1月より、日常点検を行い、記録をつけている。また、支所長が日報の確認を毎日行っている。	○		
市民部	小金原支所	要望・検討	小金原市民センター	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	平成29年1月より、日常点検を行い、記録をつけている。また、支所長が日報の確認を毎日行っている。	○		
市民部	六実支所	要望・検討	六実支所	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	平成28年10月より、日常点検を担当職員が毎日実施し、点検表に記録をつけるよう改善した。	○		
市民部	新松戸支所	要望・検討	新松戸未来館	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	AED日常点検表を作成し、支所職員が点検を行っている。	○		
市民部	新松戸支所	要望・検討	新松戸未来館	AED設置施設であることを市ホームページで情報提供していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要であることから、適切な情報提供を行うよう要望する。	市ホームページに、AED設置施設として情報提供を行っている。	○		
市民部	矢切支所	要望・検討	矢切支所	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を実施し、点検記録をつけている。また、支所長が毎日、日報を確認している。	○		

所管部	所管課	区分	設置場所	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
市民部	東部支所	要望・検討	東部支所	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	AEDの日常点検を毎日実施するとともに、点検記録簿を作成し、毎日確認するよう改善した。	○		
経済振興部	商工振興課	要望・検討	勤労会館	AED設置施設であることを市ホームページで情報提供していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要であることから、適切な情報提供を行うよう要望する。	平成29年2月より、市ホームページの勤労会館紹介ページにAED設置施設と追記するとともにAEDマークを掲載した。	○		
環境部	クリーンセンター	要望・検討	クリーンセンター 体育室1階	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	毎日、日常点検を実施し、その結果を点検記録簿に記載している。	○		
環境部	クリーンセンター	要望・検討	クリーンセンター 体育室2階	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	毎日、日常点検を実施し、その結果を点検記録簿に記載している。	○		
環境部	クリーンセンター	要望・検討	クリーンセンター 体育室1階	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	建物外2ヶ所にAED設置表示を行っている。	○		
環境部	クリーンセンター	要望・検討	クリーンセンター 体育室2階	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	建物外2ヶ所にAED設置表示を行っている。	○		
環境部	東部クリーンセンター	要望・検討	東部スポーツパーク	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	日誌に点検欄を設けて職員が確認している。	○		
環境部	和名ヶ谷クリーンセンター	要望・検討	和名ヶ谷 スポーツセンター1階 温水プール監視室	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	目視点検を毎日実施するよう指示を行うとともに、点検結果を記録及び提出できるよう作業日報を改善した。	○		
環境部	和名ヶ谷クリーンセンター	要望・検討	和名ヶ谷 スポーツセンター2階 事務所内応接室	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	目視点検を毎日実施するよう指示を行うとともに、点検結果を記録及び提出できるよう作業日報を改善した。	○		
環境部	和名ヶ谷クリーンセンター	要望・検討	和名ヶ谷 スポーツセンター2階 階段下	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	目視点検を毎日実施するよう指示を行うとともに、点検結果を記録及び提出できるよう作業日報を改善した。	○		
環境部	和名ヶ谷クリーンセンター	要望・検討	和名ヶ谷スポーツセンター3階ラウンジ自動販売機横	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	目視点検を毎日実施するよう指示を行うとともに、点検結果を記録及び提出できるよう作業日報を改善した。	○		
健康福祉部	健康推進課	要望・検討	中央保健福祉センター1階	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	点検記録簿使用して、毎日点検するよう改善した。	○		
健康福祉部	健康推進課	要望・検討	中央保健福祉センター2階	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	点検記録簿使用して、毎日点検するよう改善した。	○		
健康福祉部	地域福祉課	要望・検討	北山会館(斎場)	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	AED設置の表示について速やかに指示し、建物外部にも表示を行った。	○		
健康福祉部	地域福祉課	要望・検討	北山会館(市民会館)	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	AED設置の表示について速やかに指示し、建物外部にも表示を行った。	○		
福祉長寿部	高齢者支援課	要望・検討	シニア交流センター	職員等に対する操作方法の習得が行われていなかった。 AEDは音声や画面表示により、誰でも使用できる機器ではあるが、非常時には施設管理者等に迅速的確な対応が求められることが想定される。 定期的に操作研修を受講するなど、適切な知識・操作方法を習得するよう要望する。	平成29年3月に行った消防訓練にて、AEDの操作研修を実施した。今後も、消防訓練時に操作研修を実施していく。	○		
福祉長寿部	高齢者支援課	要望・検討	常盤平 老人福祉センター	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	AED点検表を作成し、日常点検時に点検結果を記録するよう改善した。	○		
福祉長寿部	健康福祉会館	要望・検討	健康福祉会館	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	巡回日誌に点検項目を追加し、点検記録を記載するように改善した。	○		

所管部	所管課	区分	設置場所	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
福祉長寿部	健康福祉会館	要望・検討	健康福祉会館	AED設置施設であることを市ホームページで情報提供していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要であることから、適切な情報提供を行うよう要望する。	AED設置施設であることを市ホームページに掲載し、改善した。	○		
生涯学習部	社会教育課	要望・検討	松戸市文化会館	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	施設の入口及び案内にAED設置の案内を表示し、改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	指摘	松戸運動公園武道館	電極パッド(成人用)の使用期限が過ぎていた。 使用期限が過ぎたものについては十分な除細動効果が得られないおそれがあることから、適正な維持管理に努められたい。	平成29年4月に、自動体外除細動器の賃貸借契約を締結し、機器の更新を行い改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	指摘	松戸運動公園武道館	バッテリーの使用期限が過ぎていた。 使用期限が過ぎたものについては十分な除細動効果が得られないおそれがあることから、適正な維持管理に努められたい。	平成29年4月に、自動体外除細動器の賃貸借契約を締結し、機器の更新を行い改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	指摘	小金原体育館	バッテリーの使用期限が過ぎていた。 使用期限が過ぎたものについては十分な除細動効果が得られないおそれがあることから、適正な維持管理に努められたい。	平成29年4月に、自動体外除細動器の賃貸借契約を締結し、機器の更新を行い改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	指摘	常盤平体育館	バッテリーの使用期限が過ぎていた。 使用期限が過ぎたものについては十分な除細動効果が得られないおそれがあることから、適正な維持管理に努められたい。	平成29年4月に、自動体外除細動器の賃貸借契約を締結し、機器の更新を行い改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	松戸運動公園武道館	本体の耐用期間を超えて使用していた。 耐用期間は安全使用に耐えられなくなるまでの期間であり、適切な保守点検等を行っても当初の性能を維持し続けるには限界があることから、機器の更新について検討するよう要望する。	平成29年4月に、自動体外除細動器の賃貸借契約を締結し、機器の更新を行い改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	小金原体育館	本体の耐用期間を超えて使用していた。 耐用期間は安全使用に耐えられなくなるまでの期間であり、適切な保守点検等を行っても当初の性能を維持し続けるには限界があることから、機器の更新について検討するよう要望する。	平成29年4月に、自動体外除細動器の賃貸借契約を締結し、機器の更新を行い改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	常盤平体育館	本体の耐用期間を超えて使用していた。 耐用期間は安全使用に耐えられなくなるまでの期間であり、適切な保守点検等を行っても当初の性能を維持し続けるには限界があることから、機器の更新について検討するよう要望する。	平成29年4月に、自動体外除細動器の賃貸借契約を締結し、機器の更新を行い改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	松戸運動公園体育館	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	適切な日常点検を実施するとともに、点検記録を作成し、日々の記録を残すよう改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	松戸運動公園武道館	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	適切な日常点検を実施するとともに、点検記録を作成し、日々の記録を残すよう改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	小金原体育館	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	適切な日常点検を実施するとともに、点検記録を作成し、日々の記録を残すよう改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	常盤平体育館	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	適切な日常点検を実施するとともに、点検記録を作成し、日々の記録を残すよう改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	祐ノ木台公園体育館	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	適切な日常点検を実施するとともに、点検記録を作成し、日々の記録を残すよう改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	松戸運動公園体育館	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	AEDの設置情報を各施設の玄関ドアに掲示し、施設外部に表示するよう改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	松戸運動公園武道館	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	AEDの設置情報を各施設の玄関ドアに掲示し、施設外部に表示するよう改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	小金原体育館	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	AEDの設置情報を各施設の玄関ドアに掲示し、施設外部に表示するよう改善した。	○		
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	常盤平体育館	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	AEDの設置情報を各施設の玄関ドアに掲示し、施設外部に表示するよう改善した。	○		

所管部	所管課	区分	設置場所	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
生涯学習部	スポーツ課	要望・検討	柿ノ木台公園 体育館	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	AEDの設置情報を各施設の玄関ドアに掲示し、施設外部に表示するよう改善した。	○		
生涯学習部	生涯学習推進課	要望・検討	松戸市文化ホール	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	日常点検(インジケータランプの目視)の毎日実施及び点検記録の記載を周知徹底した。	○		
生涯学習部	生涯学習推進課	要望・検討	松戸青少年会館	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	日常点検(インジケータランプの目視)の毎日実施及び点検記録の記載を周知徹底した。	○		
生涯学習部	生涯学習推進課	要望・検討	松戸市文化ホール	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	ビル1階エレベーターの文化ホール案内板に表示するとともに4階エレベーター前に表示した。また、ビル管理者へ施設外部へ向けた表示の設置を申し入れた。	○		
生涯学習部	生涯学習推進課	要望・検討	松戸市文化ホール	AED設置施設であることを市ホームページで情報提供していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要であることから、適切な情報提供を行うよう要望する。	市ホームページで情報地供するとともに、松戸市救急救命ネットワークに加入し、設置施設であることがわかるよう情報提供を行った。	○		
生涯学習部	図書館	要望・検討	図書館本館	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	平成28年10月より、日常点検を実施するとともに点検記録をつけるよう改善した。	○		
生涯学習部	博物館	指摘	博物館	電極パッド(成人用)の使用期限が過ぎていた。 使用期限が過ぎたものについては十分な除細動効果が得られないおそれがあることから、適正な維持管理に努められたい。	平成28年8月に新たな電極パッドを購入し、本体、予備共に交換した。	○		
生涯学習部	博物館	要望・検討	博物館	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	平成28年9月より「AED日常点検チェックリスト」を作成し、インジケータランプの目視と点検結果を毎日記録している。	○		
生涯学習部	市民会館	要望・検討	市民会館	本体の耐用期間を超えて使用していた。 耐用期間は安全使用に耐えられなくなるまでの期間であり、適切な保守点検等を行っても当初の性能を維持し続けるには限界があることから、機器の更新について検討するよう要望する。	平成30年4月1日から5年間の長期継続契約による賃貸借契約を締結することで、市民会館内に新しいAEDを設置した。 今後は、耐用期間を超過することのないよう、機器の管理に努める。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	中部小学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	東部小学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	北部小学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	南部小学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	矢切小学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	馬橋小学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	常盤平第二小学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	稔台小学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	常盤平第三小学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	上本郷小学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		

所管部	所管課	区分	設置場所	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
学校教育部	保健体育課	要望・検討	旭町中学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	小金北中学校	日常点検(AED本体のインジケータランプの目視)を毎日実施していなかった。 常時適切な状態で使用するには日常的な確認が重要であることから、今後は適切な日常点検を実施するとともに点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	相模台小学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	高木小学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	高木第二小学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	小金小学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	根木内小学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	寒風台小学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	貝の花小学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	上本郷第二小学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	大橋小学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	六実第三小学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	第一中学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	第六中学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	小金南中学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	河原塚中学校	日常点検を実施していたが、点検結果を記録していなかった。 点検記録を付けることで確認漏れを防ぐ効果が期待できることから、点検記録を付けるよう要望する。	市立小中高等学校宛に事務連絡にて、日常点検の実施及び点検記録をつけることを依頼した。その後、日常点検記録の写しを提出させて、点検の実施・記録を確認し、改善済である。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	第三中学校	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	建物外にAED設置情報を表示していなかった学校へ表示を依頼し、改善した。	○		
学校教育部	保健体育課	要望・検討	常盤平中学校	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	建物外にAED設置情報を表示していなかった学校へ表示を依頼し、改善した。	○		
病院事業管理局	市立病院管財課	要望・検討	松戸市立病院正面玄関	本体の耐用期間を超えて使用していた。 耐用期間は安全使用に耐えられなくなるまでの期間であり、適切な保守点検等を行っても当初の性能を維持し続けるには限界があることから、機器の更新について検討するよう要望する。	平成29年度の病院移転でAED設置数が減ったため、耐用期間を超えた2台を破棄し、現在は、耐用期間内のAEDのみ設置している。	○		
病院事業管理局	市立病院管財課	要望・検討	松戸市立病院横玄関	本体の耐用期間を超えて使用していた。 耐用期間は安全使用に耐えられなくなるまでの期間であり、適切な保守点検等を行っても当初の性能を維持し続けるには限界があることから、機器の更新について検討するよう要望する。	平成29年度の病院移転でAED設置数が減ったため、耐用期間を超えた2台を破棄し、現在は、耐用期間内のAEDのみ設置している。	○		

所管部	所管課	区分	設置場所	内容	措置状況	改善済	改善中	検討中
病院事業 管理局	東松戸病院 総務課	要望・検討	東松戸病院 3号館2階	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	正面玄関の入口脇に、AED設置施設である旨の掲示を行った。	○		
病院事業 管理局	東松戸病院 総務課	要望・検討	東松戸病院 正面玄関	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	正面玄関の入口脇に、AED設置施設である旨の掲示を行った。	○		
病院事業 管理局	東松戸病院 総務課	要望・検討	梨香苑	AEDが設置してあることを建物外に表示していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要である。 施設周辺でAEDが必要となる可能性を考慮し、施設外部へ向けた表示を行うよう要望する。	正面玄関の入口脇に、AED設置施設である旨の掲示を行った。	○		
病院事業 管理局	東松戸病院 総務課	要望・検討	東松戸病院 3号館2階	AED設置施設であることを市ホームページで情報提供していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要であることから、適切な情報提供を行うよう要望する。	ホームページにAED設置施設である旨の表示を行った。	○		
病院事業 管理局	東松戸病院 総務課	要望・検討	東松戸病院 正面玄関	AED設置施設であることを市ホームページで情報提供していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要であることから、適切な情報提供を行うよう要望する。	ホームページにAED設置施設である旨の表示を行った。	○		
病院事業 管理局	東松戸病院 総務課	要望・検討	梨香苑	AED設置施設であることを市ホームページで情報提供していなかった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要であることから、適切な情報提供を行うよう要望する。	ホームページにAED設置施設である旨の表示を行った。	○		
消防局	救急課	要望・検討	消防局 正面玄関	本体の耐用期間を超えて使用していた。 耐用期間は安全使用に耐えられなくなるまでの期間であり、適切な保守点検等を行っても当初の性能を維持し続けるには限界があることから、機器の更新について検討するよう要望する。	平成28年9月30日に機器の更新を行った。	○		
消防局	救急課	要望・検討		救急救命ネットワークのホームページに掲載していない救急救命ステーションがあった。 AEDを有効に活用し、救命の効果を高めるためには、その設置情報を積極的に発信することが重要であることから、適切な情報提供を行うよう要望する。	救急救命ステーション情報を再確認し、消防局(救急救命ネットワーク)ホームページへ掲載した。	○		